



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество "СМОЛЕНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

Место нахождения: 214020, Россия, область Смоленская, город Смоленск, улица Шевченко, 97,

Основной государственный регистрационный номер 1026701429655

Телефон: +74812313101 Адрес электронной почты: certificate@sktb-spu.ru

в лице генерального директора Добкина Игоря Александровича

заявляет, что Оборудование лабораторное: термостат электрический суховоздушный, модель ТС-200
СПУ

Изготовитель Открытое акционерное общество "СМОЛЕНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

Место нахождения: 214020, Россия, область Смоленская, город Смоленск, улица Шевченко, 97

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3442-016-00141798-2008 "Термостат электрический
суховоздушный ТС-200 СПУ"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419899810

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ МСК-4604, МСК-4605 от 26.08.2019 Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Гелион", сертификат о признании компетентности
испытательной лаборатории РОССТУ.31218.ИЛ.00008

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней
среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и
наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических
средств"; ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности»; ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических
контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»;
раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2 ГОСТ 30969-2002 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое поле. Требования к измерениям, управлению и лабораторного
применения. Требования и методы испытаний».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.08.2024 включительно.



Добкин Игорь Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HA81.B.04208/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.08.2019