7 Свидетельство о приемке

Ширма одно-трехсекционная «ШП1/3» _____

наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

_____
подпись

_____
расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Место для печати

Место для голограммы

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Открытое акционерное общество
«Досчатинский завод медицинского оборудования»
607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое
тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
e-mail:support@dzmo.ru www.dzmo.ru

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор ОАО "ДЗМО"
подпись Костров А.В.
www.dzmo.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Открытое акционерное общество
Досчатинский завод
медицинского оборудования

ОКП 94 5210 Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

РУ № 29/16081002/0982-03 от 18.02.03 г.

ШИРМА ОДНО-ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОЛОТНИЩАМИ, ДЛЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ШП 1/3–«ДЗМО»
ЭТИКЕТКА
ШП 1/3.00.000 ЭТ

1 Основные технические данные, комплектность, порядок работы.

1.1 Габаритные размеры одной секции ширмы, мм.:

высота	- 1810±20
длина	- 665±15
ширина	- 506±15
1.2 Масса ширмы, не более, кг.	- 10
1.3 Средний срок службы до списания, лет	- 5

1.4 Комплектность указана в таблице:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ширма одно-трехсекционная с полимерными полотнищами, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений, ШП 1/3 – «ДЗМО»	1
	Эксплуатационная документация	
2	Этикетка ШП 1/3.00.000 ЭТ	1 экз.

Примечание:

1. При поставке ширм в разобранном виде, крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.
2. Допускается поставка другой комплектности в соответствии с условиями договора на поставку продукции.

1.5 Сборку ширмы производить согласно рисунка 1.

1.6 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия, его конструкция может отличаться от приведенной

2 Консервация

2.1 Металлические детали ширмы должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2»С» со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

2.2 Ширма одно-трехсекционная «ШП1/3», зав.№_____ подвергнута в ОАО «ДЗМО» консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-007-07614107-99.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	



1-каркас; 2,4-труба; 3-полотно; 5-соединительная защелка;
6- дюбель; 7- шуруп; 8- колесо.

Рисунок 1

3 Транспортирование и хранение

3.1 Транспортирование ширмы должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видах транспорта.

3.2 Ширма должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной важности 80 % при температуре + 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

3.3 Изделия, транспортировавшиеся или хранившиеся при температуре ниже 0 °С перед вскрытием упаковки и перед эксплуатацией должны быть выдержаны в помещении с температурой не ниже 18°С в течение 4 часов.

4 Гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-007-07614107-99.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

4.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

4.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение – владелец изделия.

4.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

а) несоблюдения правил эксплуатации;

б) небрежности при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке;

в) проникновения жидкостей и грязи, других посторонних предметов.

4.5 Для обеспечения гарантии дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

Гарантия не распространяется на естественный износ.

5. Сведения о рекламациях

5.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО «ДЗМО»

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое.

Тел.:(83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44.

e-mail: support@dzmo.ru ; www.dzmo.ru

5.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации(если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

5.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

5.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

5.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения кресла и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы кресла с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поло мок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

6 Сведения об утилизации

Поскольку ширма не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор ОАО "ДЗМО"
подпись Костров А.В.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru