



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 152260, Россия, Ярославская область, Некрасовский район, поселок Приволжский

Основной государственный регистрационный номер 1027600623137.

Телефон: +74852486314 Адрес электронной почты: ferroplast@mail.ru

в лице Директора Туровича Станислава Семеновича

**заявляет, что** медицинское изделие: «Ванны ультразвуковые ВУ-12-«Я-ФП» по ТУ 9451-012-55307168-2009»: исполнение ВУ-12-«Я-ФП»-01; исполнение ВУ-12-«Я-ФП»-02; исполнение ВУ-12-«Я-ФП»-03; ; исполнение ВУ-12-«Я-ФП»-04, согласно приложению № 1 на 1 листе.

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152260, Россия, Ярославская область, Некрасовский район, поселок Приволжский

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9451-012-55307168-2009 «Ванны ультразвуковые ВУ-12-«Я-ФП».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419400009

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 2022-NSP-01-0616 от 17.01.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "НИИСЕРТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.002)

Регистрационного удостоверения РЗН № ФСР 2009/05899 от 31.12.2015 г.

Схема декларирования соответствия: Id

**Дополнительная информация**

ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Условия хранения 2 по ГОСТ 15150. Средний срок службы не менее 5 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.02.2027 включительно**

М.П.

Турович Станислав Семенович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.59349/22**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 07.02.2022**

