

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЬТМЕТРИКА"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199226, улица Кораблестроителей, дом 16, корпус 3, квартира 127, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 196105, Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, дом 52, корпус 12, основной государственный регистрационный номер: 1177847398915, номер телефона: +78123094520, адрес электронной почты: info@voltmetrika.ru

**в лице** Директора Артемьевой Елены Юрьевны

**заявляет, что** Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар»

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЬТМЕТРИКА". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199226, улица Кораблестроителей, дом 16, корпус 3, квартира 127, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 196105, Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, дом 52, корпус 12.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.50.50-001-20851585-2018 Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Бионар».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8514208000. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 0787-06-20 от 02.06.2020 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», аттестат аккредитации ESTD.L.016, Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9879 от 03.04.2020 года. Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания. Условия хранения: в отопляемом хранилище при температуре от +5оС до +40оС, срок хранения не установлен. Срок службы - не менее 5 лет. Климатическое исполнение УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.06.2025 включительно**

(подпись)



Артемьева Елена Юрьевна

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HX37.V.03693/20**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 04.06.2020**