



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

На медицинское изделие

Машины моечно-дезинфекционные серии AWD655 для обработки медицинских изделий с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ММ Рус" (ООО "ММ Рус"),
Россия, 125124, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой,
ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26**

Производитель

**"АТ-ОС С.р.л.", Италия,
AT-OS S.r.l., Viale del Lavoro 19, 37030 Colognola ai Colli (VR), Italy**

Место производства медицинского изделия

AT-OS S.r.l., Viale del Lavoro 19, 37030 Colognola ai Colli (VR), Italy

Номер регистрационного досье № РД-64022/57922 от 19.08.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 32 листах

приказом Росздравнадзора от 23 августа 2024 года № 4853
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0076464

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 1

На медицинское изделие

Машины моечно-дезинфекционные серии AWD655 для обработки медицинских изделий с принадлежностями:

Варианты исполнения:

1. AWD655-8, в составе:

- 1.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8.
- 1.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
- 1.3. Шланг для подключения холодной воды.
- 1.4. Шланг для подключения горячей воды.
- 1.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
- 1.6. Сливной шланг.
- 1.7. Кабель питания.
- 1.8. Руководство по эксплуатации.
- 1.9. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подставка для AWD655-8 из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.
2. AWD655-8L, в составе:

- 2.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8L.
- 2.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
- 2.3. Шланг для подключения холодной воды.
- 2.4. Шланг для подключения горячей воды.
- 2.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
- 2.6. Сливной шланг.
- 2.7. Кабель питания.
- 2.8. Руководство по эксплуатации.
- 2.9. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подставка для AWD655-8L из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.

3. AWD655-8L-SC, в составе:

- 3.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8L-SC.
- 3.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
- 3.3. Шланг для подключения холодной воды.
- 3.4. Шланг для подключения горячей воды.
- 3.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
- 3.6. Сливной шланг.
- 3.7. Кабель питания.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145169

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 2

3.8. Руководство по эксплуатации.

3.9. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подставка для AWD655-8L из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.

Принадлежности к AWD655-8/ AWD655-8L/ AWD655-8L-SC:

1. Тележка моечная 2 уровня, вид 1, не более 5 шт.

2. Тележка моечная 3 уровня, вид 1, не более 5 шт.

3. Тележка моечная 4 уровня, вид 1, не более 5 шт.

4. Тележка моечная для контейнеров, вид 1, не более 5 шт.

5. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, вид 1, не более 5 шт.

6. Тележка моечная для анестезиологических инструментов, вид 1, не более 5 шт.

7. Тележка моечная для обуви, вид 1, не более 5 шт.

8. Тележка моечная 2 уровня для детских бутылочек и сосок, вид 1, не более 5 шт.

9. Тележка моечная для 4-х цилиндрических сосудов, не более 5 шт.

10. Тележка моечная 2 уровня для ингаляционных устройств, вид 1, не более 5 шт.

11. Тележка моечная 3 уровня для стоматологических и офтальмологических вставок, вид 1, не более 5 шт.

12. Тележка моечная для больших предметов, не более 5 шт.

13. Тележка моечная 2 уровня для лабораторных принадлежностей, 28 инжекторных позиций, не более 5 шт.

14. Тележка моечная 2 уровня для лабораторных принадлежностей, 56 инжекторных позиций, не более 5 шт.

15. Тележка моечная 2 уровня для лабораторных принадлежностей, 112 инжекторных позиций, не более 5 шт.

16. Тележка моечная для кассет и пипеток, не более 5 шт.

17. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 51 мм, не более 120 шт.

18. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, без крестовины, не более 120 шт.

19. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с резьбой G1/8", не более 120 шт.

20. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, не более 120 шт.

21. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с пружинным зажимом, без крестовины, не более 120 шт.

22. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 156 мм, не более 120 шт.

23. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 76 мм, не более 120 шт.

24. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 111 мм, не более 120 шт.

25. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 160 мм, не более 120 шт.

26. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 176 мм, не более 120 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145170

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 3

27. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 210 мм, не более 120 шт.
28. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, не более 120 шт.
29. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
30. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
31. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
32. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
33. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 350 мм, не более 120 шт.
34. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, с внутренним держателем, не более 120 шт.
35. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
36. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
37. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
38. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
39. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 120 шт.
40. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 120 шт.
41. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, с крестовиной из нержавеющей стали, не более 120 шт.
42. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 120 шт.
43. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 120 шт.
44. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 120 шт.
45. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 120 шт.
46. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с крестовиной, не более 20 шт.
47. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с поддерживающим каркасом,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145171

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 4

не более 20 шт.

48. Адаптер для инжектора, с наружной резьбой G1/8", не более 120 шт.
49. Крышка винтовая для инжекторного отверстия с резьбой G1/8", не более 120 шт.
50. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 28 мм, не более 120 шт.
51. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 33 мм, не более 120 шт.
52. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 45 мм, не более 120 шт.
53. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 130 мм, не более 120 шт.
54. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 210 мм, не более 120 шт.
55. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 140 мм, не более 120 шт.
56. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 167 мм, не более 120 шт.
57. Корзина для инструментов, размеры 240x250x50 мм, не более 30 шт.
58. Корзина для инструментов, размеры 250x170x70 мм, не более 30 шт.
59. Крышка для корзины для инструментов, размеры 250x170 мм, не более 30 шт.
60. Корзина для инструментов, размеры 340x250x70 мм, не более 30 шт.
61. Крышка для корзины для инструментов, размеры 340x250 мм, не более 30 шт.
62. Корзина для инструментов, размеры 405x250x50 мм, не более 30 шт.
63. Корзина для инструментов, размеры 450x340x70 мм, не более 30 шт.
64. Крышка для корзины для инструментов, размеры 450x340 мм, не более 30 шт.
65. Корзина для инструментов, размеры 455x165x40 мм, не более 30 шт.
66. Корзина для инструментов, размеры 480x250x50 мм, не более 30 шт.
67. Корзина для инструментов, размеры 480x250x70 мм, не более 30 шт.
68. Корзина для инструментов, размеры 480x250x100 мм, не более 30 шт.
69. Крышка для корзины для инструментов, размеры 480x250 мм, не более 90 шт.
70. Корзина сетчатая, размеры 100x100x60 мм, не более 30 шт.
71. Крышка для корзины сетчатой, размеры 100x100 мм, не более 30 шт.
72. Корзина сетчатая, размеры 210x150x40 мм, не более 30 шт.
73. Крышка для корзины сетчатой, размеры 210x150 мм, не более 30 шт.
74. Корзина сетчатая, размеры 310x210x40 мм, не более 30 шт.
75. Крышка для корзины сетчатой, размеры 310x210 мм, не более 30 шт.
76. Зажим фиксирующий, не более 30 шт.
77. Корзина для инструментов с двумя силиконовыми держателями, не более 30 шт.
78. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 1 уровень,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145172

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 5

не более 10 шт.

79. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 2 уровня, не более 10 шт.

80. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 1 уровень, не более 10 шт.

81. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 2 уровня, с крышкой, не более 10 шт.

82. Корзина для мелких предметов, с крышкой, не более 30 шт.

83. Корзина для пробирок, высота 100 мм, не более 30 шт.

84. Корзина для пробирок, высота 130 мм, не более 30 шт.

85. Корзина для пробирок, высота 160 мм, не более 30 шт.

86. Корзина для пробирок, высота 200 мм, не более 30 шт.

87. Крышка для корзины для пробирок, не более 120 шт.

88. Штатив для корзины для пробирок, не более 120 шт.

89. Корзина для пробирок со штативом и крышкой, не более 30 шт.

90. Корзина для гинекологических расширителей, не более 10 шт.

91. Штатив для отсесняющего медицинского инструмента, не более 5 шт.

92. Вставка для 9 лотков, не более 5 шт.

93. Вставка для вертикального расположения стоматологических инструментов, не более 10 шт.

94. Вставка для детских бутылочек, не более 10 шт.

95. Вставка для сосок, не более 10 шт.

96. Вставка для чашек Петри, не более 10 шт.

97. Вставка для 10 стоматологических оттисков, не более 10 шт.

98. Вставка для 7 стоматологических щипцов, не более 10 шт.

99. Вставка для 3 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.

100. Вставка для 3 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.

101. Вставка для 7 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.

102. Вставка для 8 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.

103. Принтер, не более 5 шт.

104. Бумага для принтера в рулонах, не более 10 шт.

4. AWD655-8 с сушкой, в составе:

4.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8 с сушкой

4.2. Руководство по эксплуатации.

4.3. Коромысло-распылитель - 2 шт.

4.4. Патрубок сливной в комплекте:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145173

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 6

- 4.4.1. Тройник - 1 шт.
 - 4.4.2. Фитинг большой - 2 шт.
 - 4.4.3. Клапан обратный, не более 4 шт.
 - 4.4.4. Накладная гайка, не более 4 шт.
 - 4.4.5. Фитинг малый - 1 шт.
 - 4.5. Разветвитель холодной воды
 - 4.6. Фильтр грубой очистки, цилиндрический.
 - 4.7. Фильтр очистки, плоский.
 - 4.8. Фильтр тонкой очистки.
 - 4.9. Комплект сервисный при подключении машины, в составе:
 - 4.9.1. Ключ ручного открывания двери - 1 шт.
 - 4.9.2. USB-ключ - 1 шт.
 - 4.9.3. Стикер для маркировки мест размещения химических средств - 4 шт.
 - 4.9.4. Отчёт по контрольным показателям качества - 1 шт.
 - 4.10. Вход для подачи деминерализованной воды (при необходимости).
 - 4.11. Комплект для умягчения воды (при необходимости), в составе:
 - 4.11.1. Водоумягчитель встроенный - 1 шт.
 - 4.11.2. Соль регенерирующая - 1 уп.
 - 4.11.3. Воронка - 1 шт.
 - 4.12. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 4.13. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.14. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 4.15. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.16. Программное обеспечение Washer RePortal (при необходимости).
 - 4.17. Клапан предотвращения противотока (при необходимости).
- Принадлежности:
- 1. Подставка для AWD655-8 из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.
 - 5. AWD655-8L с сушкой, в составе:
 - 5.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8L с сушкой.
 - 5.2. Руководство по эксплуатации.
 - 5.3. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 5.4. Патрубок сливной в комплекте:
 - 5.4.1. Тройник - 1 шт.
 - 5.4.2. Фитинг большой - 2 шт.
 - 5.4.3. Клапан обратный, не более 4 шт.
 - 5.4.4. Накладная гайка, не более 4 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145174

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 7

- 5.4.5. Фитинг малый - 1 шт.
5.5. Разветвитель холодной воды.
5.6. Фильтр грубой очистки, цилиндрический.
5.7. Фильтр очистки, плоский.
5.8. Фильтр тонкой очистки.
5.9. Комплект сервисный при подключении машины, в составе:
5.9.1. Ключ ручного открывания двери - 1 шт.
5.9.2. USB-ключ - 1 шт.
5.9.3. Стикеры для маркировки мест размещения химических средств - 4 шт.
5.9.4. Отчёт по контрольным показателям качества - 1 шт.
5.10. Вход для подачи деминерализованной воды (при необходимости).
5.11. Комплект для умягчения воды (при необходимости), в составе:
5.11.1. Водоумягчитель встроенный - 1 шт.
5.11.2. Соль регенерирующая - 1 уп.
5.11.3. Воронка - 1 шт.
5.12. Подсветка камеры (при необходимости).
5.13. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
5.14. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
5.15. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
5.16. Принтер встроенный (при необходимости).
5.17. Программное обеспечение Washer RePortal (при необходимости).
5.18. Клапан предотвращения противотока (при необходимости).
Принадлежности:
1. Подставка для AWD655-8L из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.
6. AWD655-8L-SC с сушкой, в составе:
6.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8L-SC с сушкой.
6.2. Руководство по эксплуатации.
6.3. Коромысло-распылитель - 2 шт.
6.4. Патрубок сливной в комплекте:
6.4.1. Тройник - 1 шт.
6.4.2. Фитинг большой - 2 шт.
6.4.3. Клапан обратный, не более 4 шт.
6.4.4. Накладная гайка, не более 4 шт.
6.4.5. Фитинг малый - 1 шт.
6.5. Разветвитель холодной воды.
6.6. Фильтр грубой очистки, цилиндрический.
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145175

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 8

- 6.7. Фильтр очистки, плоский.
 - 6.8. Фильтр тонкой очистки.
 - 6.9. Комплект сервисный при подключении машины, в составе:
 - 6.9.1. Ключ ручного открывания двери - 1 шт.
 - 6.9.2. USB-ключ - 1 шт.
 - 6.9.3. Стикеры для маркировки мест размещения химических средств - 4 шт.
 - 6.9.4. Отчёт по контрольным показателям качества - 1 шт.
 - 6.10. Вход для подачи деминерализованной воды (при необходимости).
 - 6.11. Комплект для умягчения воды (при необходимости), в составе:
 - 6.11.1. Водоумягчитель встроенный - 1 шт.
 - 6.11.2. Соль регенерирующая - 1 уп.
 - 6.11.3. Воронка - 1 шт.
 - 6.12. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 6.13. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.14. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 6.15. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 6.16. Принтер встроенный (при необходимости).
 - 6.17. Программное обеспечение Washer RePortal (при необходимости).
 - 6.18. Клапан предотвращения противотока (при необходимости).
- Принадлежности:
- 1. Подставка для AWD655-8L из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.
 - 7. AWD655-8XE, в составе:
 - 7.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8XE.
 - 7.2. Руководство по эксплуатации
 - 7.3. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 7.4. Патрубок сливной в комплекте:
 - 7.4.1. Тройник - 1 шт.
 - 7.4.2. Фитинг большой - 2 шт.
 - 7.4.3. Клапан обратный, не более 4 шт.
 - 7.4.4. Накладная гайка, не более 4 шт.
 - 7.4.5. Фитинг малый - 1 шт.
 - 7.5. Разветвитель холодной воды.
 - 7.6. Фильтр грубой очистки, цилиндрический.
 - 7.7. Фильтр очистки, плоский.
 - 7.8. Фильтр тонкой очистки.
 - 7.9. Комплект сервисный при подключении машины, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0148270

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 9

- 7.9.1. Ключ ручного открывания двери - 1 шт.
7.9.2. USB-ключ - 1 шт.
7.9.3. Стикеры для маркировки мест размещения химических средств - 4 шт.
7.9.4. Отчёт по контрольным показателям качества - 1 шт.
7.10. Вход для подачи деминерализованной воды (при необходимости).
7.11. Комплект для умягчения воды (при необходимости), в составе:
7.11.1. Водоумягчитель встроенный - 1 шт.
7.11.2. Соль регенерирующая - 1 уп.
7.11.3. Воронка - 1 шт.
7.12. Подсветка камеры (при необходимости).
7.13. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
7.14. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
7.15. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
7.16. Программное обеспечение Washer RePortal (при необходимости).
7.17. Клапан предотвращения противотока (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Подставка для AWD655-8 из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.
8. AWD655-8XEL, в составе:
8.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-8XEL.
8.2. Руководство по эксплуатации
8.3. Коромысло-распылитель - 2 шт.
8.4. Патрубок сливной в комплекте:
8.4.1. Тройник - 1 шт.
8.4.2. Фитинг большой - 2 шт.
8.4.3. Клапан обратный, не более 4 шт.
8.4.4. Накладная гайка, не более 4 шт.
8.4.5. Фитинг малый - 1 шт.
8.5. Разветвитель холодной воды.
8.6. Фильтр грубой очистки, цилиндрический.
8.7. Фильтр очистки, плоский.
8.8. Фильтр тонкой очистки.
8.9. Комплект для подключения машины в составе:
8.9.1. Ключ ручного открывания двери - 1 шт.
8.9.2. USB-ключ - 1 шт.
8.9.3. Стикеры для маркировки мест размещения химических средств - 4 шт.
8.9.4. Отчёт по контрольным показателям качества - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145177

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 10

- 8.10. Вход для подачи деминерализованной воды (при необходимости).
- 8.11. Комплект для умягчения воды (при необходимости), в составе:
 - 8.11.1. Водоумягчитель встроенный - 1 шт.
 - 8.11.2. Соль регенерирующая - 1 уп.
 - 8.11.3. Воронка - 1 шт.
- 8.12. Подсветка камеры (при необходимости).
- 8.13. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.14. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
- 8.15. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
- 8.16. Принтер встроенный (при необходимости).
- 8.17. Программное обеспечение Washer RePortal (при необходимости).
- 8.18. Клапан предотвращения противотока (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подставка для AWD655-8L из нержавеющей стали, высота 600 мм, не более 2 шт.
Принадлежности к: AWD655-8 с сушкой; AWD655-8L с сушкой; AWD655-8L-SC с сушкой; AWD655-8XE; AWD655-8XEL:

- 1. Тележка нижняя моечная базовая, не более 5 шт.
- 2. Тележка нижняя моечная для крупных предметов, не более 5 шт.
- 3. Тележка нижняя моечная для 2 держателей трубчатых, не более 5 шт.
- 4. Тележка нижняя моечная для 4 держателей трубчатых, не более 5 шт.
- 5. Тележка нижняя моечная для 48 пипеток, не более 5 шт.
- 6. Тележка нижняя моечная для 121 пипетки, не более 5 шт.
- 7. Тележка нижняя 2-кассетная для пипеток, не более 5 шт.
- 8. Тележка нижняя моечная, 9 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 9. Тележка нижняя моечная, 9 инжекторных и 5 позиций для пипеток, не более 5 шт.
- 10. Тележка нижняя моечная, 12 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 11. Тележка нижняя моечная, 16 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 12. Тележка нижняя моечная, 18 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 13. Тележка нижняя моечная, 25 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 14. Тележка нижняя моечная, 41 инжекторная позиция, не более 5 шт.
- 15. Тележка нижняя моечная, 56 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 16. Тележка нижняя моечная, 72 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 17. Тележка нижняя моечная, 110 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 18. Тележка нижняя моечная, 195 инжекторных позиций, не более 5 шт.
- 19. Тележка верхняя моечная, с распылителем, не более 5 шт.
- 20. Тележка верхняя моечная для 2 держателей трубчатых, с распылителем,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145178

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 11

не более 5 шт.

21. Тележка верхняя моечная для 4 держателей трубчатых, с распылителем, не более 5 шт.

22. Тележка верхняя моечная базовая, с распылителем, не более 5 шт.

23. Тележка верхняя моечная, 18 инжекторных позиций, не более 5 шт.

24. Тележка верхняя моечная, 18 инжекторных позиций, П-образная, не более 5 шт.

25. Тележка верхняя моечная, 18 инжекторных позиций и вставкой на 121 мини инжекторную позицию, не более 5 шт.

26. Тележка верхняя моечная, 25 инжекторных позиций, не более 5 шт.

27. Тележка верхняя моечная, 36 инжекторных позиций, не более 5 шт.

28. Тележка верхняя моечная, 56 инжекторных позиций, не более 5 шт.

29. Тележка верхняя моечная, 72 инжекторных позиции, не более 5 шт.

30. Тележка верхняя моечная, 110 инжекторных позиций, не более 5 шт.

31. Тележка верхняя моечная, 195 инжекторных позиций, не более 5 шт.

32. Тележка моечная 2 уровня, вид 2, не более 5 шт.

33. Тележка моечная 2 сетчатых уровня, не более 5 шт.

34. Тележка моечная 3 уровня, вид 2, не более 5 шт.

35. Тележка моечная 4 уровня, вид 2, не более 5 шт.

36. Тележка моечная для контейнеров, вид 2, не более 5 шт.

37. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, вид 2, не более 5 шт.

38. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, 29 позиций, не более 5 шт.

39. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, 31 позиция, не более 5 шт.

40. Тележка моечная для анестезиологических инструментов, вид 1, не более 5 шт.

41. Тележка моечная для анестезиологических инструментов, вид 2, не более 5 шт.

42. Тележка моечная для обуви, вид 2, не более 5 шт.

43. Тележка моечная 2 уровня, для детских бутылочек и сосок, вид 2, не более 5 шт.

44. Тележка моечная для 4-х цилиндрических сосудов, не более 5 шт.

45. Тележка моечная 3 уровня, для стоматологических и офтальмологических вставок, вид 2, не более 5 шт.

46. Тележка моечная 2 уровня, для ингаляционных устройств, вид 2, не более 5 шт.

47. Переходник штекерный для тележек верхних и нижних моечных, не более 10 шт.

48. Инжектор для наконечников аспираторов, не более 120 шт.

49. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 51 мм, не более 450 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0145179

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 12

50. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, без крестовины, не более 450 шт.
51. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с резьбой G1/8", не более 120 шт.
52. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, не более 450 шт.
53. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с пружинным зажимом, без крестовины, не более 450 шт.
54. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 156 мм, не более 450 шт.
55. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 76 мм, не более 120 шт.
56. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 111 мм, не более 120 шт.
57. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 160 мм, не более 120 шт.
58. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 176 мм, не более 120 шт.
59. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 210 мм, не более 120 шт.
60. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, не более 120 шт.
61. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
62. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
63. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
64. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
65. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 350 мм, не более 120 шт.
66. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, с внутренним держателем, не более 120 шт.
67. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
68. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
69. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
70. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 120 шт.
71. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 120 шт.
72. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 120 шт.
73. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, с крестовиной из нержавеющей стали, не более 120 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0145180

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 13

74. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 120 шт.
75. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 120 шт.
76. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 120 шт.
77. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 120 шт.
78. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с крестовиной, не более 20 шт.
79. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с поддерживающим каркасом, не более 20 шт.
80. Адаптер для инжектора, с наружной резьбой G1/8", не более 450 шт.
81. Крышка винтовая для инжекторного отверстия с резьбой G1/8", не более 120 шт.
82. Крышка винтовая для инжекторного отверстия с резьбой M8x1, не более 450 шт.
83. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 28 мм, не более 120 шт.
84. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 33 мм, не более 120 шт.
85. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 45 мм, не более 120 шт.
86. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 130 мм, не более 120 шт.
87. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 210 мм, не более 120 шт.
88. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 140 мм, не более 120 шт.
89. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 167 мм, не более 120 шт.
90. Корзина для инструментов, размеры 240x250x50 мм, не более 30 шт.
91. Корзина для инструментов, размеры 250x170x70 мм, не более 30 шт.
92. Крышка для корзины для инструментов, размеры 250x170 мм, не более 30 шт.
93. Корзина для инструментов, размеры 340x250x70 мм, не более 30 шт.
94. Крышка для корзины для инструментов, размеры 340x250 мм, не более 30 шт.
95. Корзина для инструментов, размеры 405x250x50 мм, не более 30 шт.
96. Корзина для инструментов, размеры 450x340x70 мм, не более 30 шт.
97. Крышка для корзины для инструментов, размеры 450x340 мм, не более 30 шт.
98. Корзина для инструментов, размеры 455x165x40 мм, не более 30 шт.
99. Корзина для инструментов, размеры 480x250x50 мм, не более 30 шт.
100. Корзина для инструментов, размеры 480x250x70 мм, не более 30 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145181

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 14

101. Корзина для инструментов, размеры 480х250х100 мм, не более 30 шт.
102. Крышка для корзины для инструментов, размеры 480х250 мм, не более 90 шт.
103. Корзина сетчатая, размеры 100х100х60 мм, не более 30 шт.
104. Крышка для корзины сетчатой, размеры 100х100 мм, не более 30 шт.
105. Корзина сетчатая, размеры 210х150х40 мм, не более 30 шт.
106. Крышка для корзины сетчатой, размеры 210х150 мм, не более 30 шт.
107. Корзина сетчатая, размеры 310х210х40 мм, не более 30 шт.
108. Крышка для корзины сетчатой, размеры 310х210 мм, не более 30 шт.
109. Зажим фиксирующий, не более 30 шт.
110. Корзина для инструментов с двумя силиконовыми держателями, не более 30 шт.
111. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 1 уровень, не более 10 шт.
112. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 2 уровня, не более 10 шт.
113. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 1 уровень, не более 10 шт.
114. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 2 уровня, с крышкой, не более 10 шт.
115. Корзина для мелких предметов, с крышкой, не более 30 шт.
116. Корзина для пробирок, высота 100 мм, не более 30 шт.
117. Корзина для пробирок, высота 130 мм, не более 30 шт.
118. Корзина для пробирок, высота 160 мм, не более 30 шт.
119. Корзина для пробирок, высота 200 мм, не более 30 шт.
120. Крышка для корзины для пробирок, не более 120 шт.
121. Штатив для корзины для пробирок, не более 120 шт.
122. Корзина для пробирок, со штативом и крышкой, не более 30 шт.
123. Корзина для гинекологических расширителей, не более 10 шт.
124. Штатив для оттесняющего медицинского инструмента, не более 5 шт.
125. Решетка опорная, не более 5 шт.
126. Вставка для 9 лотков, не более 5 шт.
127. Вставка для вертикального расположения стоматологических инструментов, не более 10 шт.
128. Вставка для детских бутылочек, не более 10 шт.
129. Вставка для сосок, не более 10 шт.
130. Вставка для чашек Петри, не более 10 шт.
131. Переходник «штекерный замок типа «Люег» - штекер M8x1» из нержавеющей

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145182

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 15

стали, не более 450 шт.

132. Штатив для держателей трубчатых, не более 10 шт.

133. Держатель трубчатый с фильтром, на 8 позиций, не более 30 шт.

134. Держатель трубчатый с фильтром, на 12 позиций, не более 30 шт.

135. Крепление к держателю трубчатому, не более 120 шт.

136. Переходник между креплением к держателю трубчатому и инструментами Ø14-17, не более 120 шт.

137. Переходник между креплением к держателю трубчатому и инструментами Ø19-21, не более 120 шт.

138. Переходник «штекерный замок типа «Luer» - штекер G1/8"» из нержавеющей стали, не более 120 шт.

139. Держатель PVDF «гнездовой замок «Luer-Lock» - шланг 3/16"», не более 120 шт.

140. Переходник «шланг 1/4" - наружная резьба G1/8"» не более 120 шт.

141. Держатель PVDF «штекерный замок типа «Luer»- шланг 3/16"», не более 120 шт.

142. Держатель PVDF «штекерный замок типа «Luer»- шланг 1/4"», не более 120 шт.

143. Держатель «штекерный замок типа «Luer»- шланг 1/4"» из нержавеющей стали, не более 120 шт.

144. Держатель PVDF «гнездовой замок «Luer-Lock» - шланг 1/16"», не более 120 шт.

145. Крепление для шланга 3/16", не более 120 шт.

146. Крепление угловое для шланга 1/4", не более 120 шт.

147. Крышка для переходников, не более 120 шт.

148. Крышка PVDF с наружным разъемом к «Luer-Lock», не более 120 шт.

149. Крышка PVDF с внутренним разъемом к «Luer-Lock», не более 120 шт.

150. Держатель для 8 скалеров, не более 120 шт.

151. Держатель для коннектора силиконового, не более 120 шт.

152. Коннектор силиконовый, не более 120 шт.

153. Крышка для коннектора силиконового, не более 120 шт.

154. Вставка для 10 стоматологических оттисков, не более 10 шт.

155. Вставка для 7 стоматологических щипцов, не более 10 шт.

156. Вставка для 3 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.

157. Вставка для 3 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.

158. Вставка для 7 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.

159. Вставка для 8 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.

160. Принтер внешний, с кабелем, не более 5 шт.

161. Бумага для принтера в рулонах, не более 10 шт.

9. AWD655-10, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145183

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 16

- 9.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-10.
 - 9.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 9.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 9.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 9.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 9.6. Сливной шланг.
 - 9.7. Кабель питания.
 - 9.8. Руководство по эксплуатации.
 - 9.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 9.10. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 9.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 9.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 9.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 9.14. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 9.15. Принтер встроенный (при необходимости).
 - 9.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:

- 1. Тележка загрузочная, не более 5 шт.
10. AWD655-10D, в составе:
- 10.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-10D.
 - 10.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 10.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 10.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 10.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 10.6. Сливной шланг.
 - 10.7. Кабель питания.
 - 10.8. Руководство по эксплуатации.
 - 10.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 10.10. подсветка камеры (при необходимости).
 - 10.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 10.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 10.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 10.14. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 10.15. Принтер встроенный, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 10.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0145184

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 17

1. Панели облицовочные, не более 10 шт.
2. Тележка загрузочная, не более 5 шт.
11. AWD655-10D-SC, в составе:
 - 11.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-10D-SC.
 - 11.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 11.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 11.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 11.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 11.6. Сливной шланг.
 - 11.7. Кабель питания.
 - 11.8. Руководство по эксплуатации.
 - 11.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 11.10. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 11.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 11.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 11.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 11.14. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 11.15. Принтер встроенный, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 11.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Панели облицовочные, не более 10 шт.
2. Тележка загрузочная, не более 5 шт.
12. AWD655-10A, в составе:
 - 12.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-10A.
 - 12.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 12.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 12.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 12.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 12.6. Сливной шланг.
 - 12.7. Кабель питания.
 - 12.8. Руководство по эксплуатации.
 - 12.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 12.10. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 12.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 12.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 12.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145185

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 18

- 12.14. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
- 12.15. Принтер встроенный (при необходимости).
- 12.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 2. Тележка загрузочная, не более 5 шт.
- 13. AWD655-10AD, в составе:
 - 13.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-10AD.
 - 13.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 13.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 13.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 13.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 13.6. Сливной шланг.
 - 13.7. Кабель питания.
 - 13.8. Руководство по эксплуатации.
 - 13.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 13.10. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 13.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 13.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 13.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 13.14. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 13.15. Принтер встроенный, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 13.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1. Панели облицовочные, не более 10 шт.
- 2. Тележка загрузочная, не более 5 шт.
- 3. Автоматическая система загрузки AL1-AWD655-10A, не более 2 шт.
- 4. Автоматическая система выгрузки AU1-AWD655-10A, не более 2 шт.
- 5. Автоматическая система загрузки AL2-AWD655-10A, не более 2 шт.
- 6. Автоматическая система выгрузки AU2-AWD655-10A, не более 2 шт.
- 7. Автоматическая система загрузки AL3-AWD655-10A, не более 2 шт.
- 8. Автоматическая система выгрузки AU3-AWD655-10A, не более 2 шт.
- 14. AWD655-10A-SC, в составе:
 - 14.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-10A-SC.
 - 14.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 14.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 14.4. Шланг для подключения горячей воды.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145186

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 19

- 14.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
- 14.6. Сливной шланг.
- 14.7. Кабель питания.
- 14.8. Руководство по эксплуатации.
- 14.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
- 14.10. Подсветка камеры (при необходимости).
- 14.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
- 14.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
- 14.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
- 14.14. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
- 14.15. Принтер встроенный (при необходимости).
- 14.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1. Тележка загрузочная, не более 5 шт.
- 15. AWD655-10AD-SC, в составе:
 - 15.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-10AD-SC.
 - 15.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 15.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 15.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 15.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 15.6. Сливной шланг.
 - 15.7. Кабель питания.
 - 15.8. Руководство по эксплуатации.
 - 15.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 15.10. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 15.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 15.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 15.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 15.14. Насос дозирующий, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 15.15. Принтер встроенный, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 15.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1. Панели облицовочные, не более 10 шт.
- 2. Тележка загрузочная, не более 5 шт.
- 3. Автоматическая система загрузки AL1-AWD655-10A, не более 2 шт.
- 4. Автоматическая система выгрузки AU1-AWD655-10A, не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145187

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 20

5. Автоматическая система загрузки AL2-AWD655-10A, не более 2 шт.
 6. Автоматическая система выгрузки AU2-AWD655-10A, не более 2 шт.
 7. Автоматическая система загрузки AL3-AWD655-10A, не более 2 шт.
 8. Автоматическая система выгрузки AU3-AWD655-10A, не более 2 шт.
- Принадлежности к сериям AWD655-10 (модели AWD655-10, AWD655-10D, AWD655-10D-SC)/ AWD655-10A (модели AWD655-10A, AWD655-10AD, AWD655-10A-SC, AWD655-10AD-SC):
1. Тележка моечная базовая, не более 5 шт.
 2. Тележка моечная 2 уровня, не более 5 шт.
 3. Тележка моечная 2 уровня для мелких анестезиологических принадлежностей, не более 5 шт.
 4. Тележка моечная 3 уровня, не более 5 шт.
 5. Тележка моечная 3 сетчатых уровня, не более 5 шт.
 6. Тележка моечная 3 сетчатых уровня, 2 съёмных уровня, не более 5 шт.
 7. Тележка моечная 3 уровня, для 6 держателей трубчатых, не более 5 шт.
 8. Тележка моечная 3 уровня, для 12 держателей трубчатых, не более 5 шт.
 9. Тележка моечная 3 съёмных уровня, не более 5 шт.
 10. Тележка моечная 4 уровня, не более 5 шт.
 11. Тележка моечная 4 уровня, 3 съёмных уровня, не более 5 шт.
 12. Тележка моечная 5 уровней, не более 5 шт.
 13. Тележка моечная 5 уровней, 4 съёмных уровня, не более 5 шт.
 14. Тележка моечная 6 уровней, не более 5 шт.
 15. Тележка моечная для контейнеров, не более 5 шт.
 16. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, 35 позиций, не более 5 шт.
 17. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, 72 позиции, не более 5 шт.
 18. Тележка моечная для анестезиологических инструментов, вид 1, не более 5 шт.
 19. Тележка моечная для анестезиологических инструментов, вид 2, не более 5 шт.
 20. Тележка моечная для анестезиологических инструментов, вид 3, не более 5 шт.
 21. Тележка моечная для обуви, не более 5 шт.
 22. Тележка моечная 2 уровня, для больших предметов, со съёмным уровнем, не более 5 шт.
 23. Тележка моечная 3 уровня, для больших предметов, со съёмным уровнем, не более 5 шт.
 24. Тележка моечная 3 уровня, для детских бутылочек и сосок, не более 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145188

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 21

25. Тележка моечная для пипеток, не более 5 шт.
26. Тележка моечная для крупной лабораторной посуды, 1 уровень, не более 5 шт.
27. Тележка моечная для лабораторной посуды, 3 уровня, вид 1, не более 5 шт.
28. Тележка моечная для лабораторной посуды, 3 уровня, вид 2, не более 5 шт.
29. Тележка моечная для 70 лабораторных принадлежностей, 3 уровня, не более 5 шт.
30. Тележка моечная для лабораторной посуды, 3 уровня, вид 3, не более 5 шт.
31. Уровень съёмный для инструментов малоинвазивной хирургии, не более 5 шт.
32. Уровень съёмный для дыхательных мешков, не более 5 шт.
33. Уровень съёмный для гибких трубок, не более 5 шт.
34. Инжектор для наконечников аспираторов, не более 200 шт.
35. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 51 мм, не более 140 шт.
36. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, без крестовины, не более 140 шт.
37. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с резьбой G1/8", не более 240 шт.
38. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, не более 240 шт.
39. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с пружинным зажимом, без крестовины, не более 140 шт.
40. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 156 мм, не более 240 шт.
41. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 76 мм, не более 140 шт.
42. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 111 мм, не более 140 шт.
43. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 160 мм, не более 140 шт.
44. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 176 мм, не более 140 шт.
45. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 210 мм, не более 140 шт.
46. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, не более 140 шт.
47. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.
48. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.
49. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.
50. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.
51. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 350 мм, не более 140 шт.
52. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, с внутренним держателем, не более 140 шт.
53. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.
54. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145189

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 22

- регулятором высоты, не более 140 шт.
55. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.
56. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 140 шт.
57. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 140 шт.
58. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 140 шт.
59. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, с крестовиной из нержавеющей стали, не более 140 шт.
60. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 140 шт.
61. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 140 шт.
62. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 140 шт.
63. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 140 шт.
64. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с крестовиной, не более 20 шт.
65. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с поддерживающим каркасом, не более 20 шт.
66. Адаптер для инжектора, с наружной резьбой G1/8", не более 140 шт.
67. Крышка винтовая для инжекторного отверстия с резьбой G1/8", не более 240 шт.
68. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 28 мм, не более 140 шт.
69. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 33 мм, не более 140 шт.
70. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 45 мм, не более 140 шт.
71. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 130 мм, не более 140 шт.
72. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 210 мм, не более 140 шт.
73. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 140 мм, не более 140 шт.
74. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 167 мм, не более 140 шт.
75. Корзина для инструментов, размеры 240x250x50 мм, не более 30 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145190

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 23

76. Корзина для инструментов, размеры 250x170x70 мм, не более 30 шт.
77. Крышка для корзины для инструментов, размеры 250x170 мм, не более 30 шт.
78. Корзина для инструментов, размеры 340x250x70 мм, не более 30 шт.
79. Крышка для корзины для инструментов, размеры 340x250 мм, не более 30 шт.
80. Корзина для инструментов, размеры 405x250x50 мм, не более 30 шт.
81. Корзина для инструментов, размеры 450x340x70 мм, не более 30 шт.
82. Крышка для корзины для инструментов, размеры 450x340 мм, не более 30 шт.
83. Корзина для инструментов, размеры 455x165x40 мм, не более 30 шт.
84. Корзина для инструментов, размеры 480x250x50 мм, не более 30 шт.
85. Корзина для инструментов, размеры 480x250x70 мм, не более 30 шт.
86. Корзина для инструментов, размеры 480x250x100 мм, не более 30 шт.
87. Крышка для корзины для инструментов, размеры 480x250 мм, не более 90 шт.
88. Корзина сетчатая, размеры 100x100x60 мм, не более 30 шт.
89. Крышка для корзины сетчатой, размеры 100x100 мм, не более 30 шт.
90. Корзина сетчатая, размеры 210x150x40 мм, не более 30 шт.
91. Крышка для корзины сетчатой, размеры 210x150 мм, не более 30 шт.
92. Корзина сетчатая, размеры 310x210x40 мм, не более 30 шт.
93. Крышка для корзины сетчатой, размеры 310x210 мм, не более 30 шт.
94. Корзина для эндоскопических инструментов, размеры 640x150x77 мм, не более 30 шт.
95. Зажим фиксирующий, не более 30 шт.
96. Корзина для инструментов с двумя силиконовыми держателями, не более 30 шт.
97. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 1 уровень, не более 10 шт.
98. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 2 уровня, не более 10 шт.
99. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 1 уровень, не более 10 шт.
100. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 2 уровня, с крышкой, не более 10 шт.
101. Корзина для мелких предметов, с крышкой, не более 30 шт.
102. Корзина для пробирок, высота 100 мм, не более 30 шт.
103. Корзина для пробирок, высота 130 мм, не более 30 шт.
104. Корзина для пробирок, высота 160 мм, не более 30 шт.
105. Корзина для пробирок, высота 200 мм, не более 30 шт.
106. Крышка для корзины для пробирок, не более 120 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145191

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 24

107. Штатив для корзины для пробирок, не более 120 шт.
108. Корзина для пробирок, со штативом и крышкой, не более 30 шт.
109. Корзина для гинекологических расширителей, не более 10 шт.
110. Штатив для оттесняющего медицинского инструмента, не более 5 шт.
111. Вставка для обуви, не более 5 шт.
112. Вставка для 4 лотков, не более 5 шт.
113. Вставка для 9 лотков, не более 5 шт.
114. Вставка для 30 лотков, не более 5 шт.
115. Вставка для дыхательных масок, не более 5 шт.
116. Вставка для вертикального расположения стоматологических инструментов, не более 10 шт.
117. Вставка для детских бутылочек, не более 20 шт.
118. Вставка для сосок, не более 10 шт.
119. Вставка для чашек Петри, не более 10 шт.
120. Штатив для держателей трубчатых, не более 10 шт.
121. Держатель трубчатый с фильтром, на 8 позиций, не более 30 шт.
122. Держатель трубчатый с фильтром, на 12 позиций, не более 30 шт.
123. Крепление к держателю трубчатому, не более 200 шт.
124. Переходник между креплением к держателю трубчатому и инструментами Ø14-17, не более 200 шт.
125. Переходник между креплением к держателю трубчатому и инструментами Ø19-21, не более 200 шт.
126. Переходник «штекерный замок типа «Luer» - штекер G1/8"» из нержавеющей стали, не более 200 шт.
127. Держатель PVDF «гнездовой замок «Luer-Lock» - шланг 3/16"», не более 200 шт.
128. Переходник «шланг 1/4" - наружная резьба G1/8"» не более 200 шт.
129. Держатель PVDF «штекерный замок типа «Luer» - шланг 3/16"», не более 200 шт.
130. Держатель PVDF «штекерный замок типа «Luer» - шланг 1/4"», не более 200 шт.
131. Держатель «штекерный замок типа «Luer» - шланг 1/4"» из нержавеющей стали, не более 200 шт.
132. Держатель PVDF «гнездовой замок «Luer-Lock» - шланг 1/16"», не более 200 шт.
133. Крепление для шланга 3/16", не более 200 шт.
134. Крепление угловое для шланга 1/4", не более 200 шт.
135. Крышка для переходников, не более 200 шт.
136. Крышка PVDF с наружным разъемом к «Luer-Lock», не более 200 шт.
137. Крышка PVDF с внутренним разъемом к «Luer-Lock», не более 200 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145192

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 25

- 138. Держатель для 8 скалеров, не более 200 шт.
- 139. Держатель для коннектора силиконового, не более 200 шт.
- 140. Коннектор силиконовый, не более 200 шт.
- 141. Крышка для коннектора силиконового, не более 200 шт.
- 142. Вставка для 10 стоматологических оттисков, не более 10 шт.
- 143. Вставка для 7 стоматологических шпиль, не более 10 шт.
- 144. Вставка для 3 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.
- 145. Вставка для 3 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.
- 146. Вставка для 7 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.
- 147. Вставка для 8 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.
- 148. Бумага для принтера в рулонах, не более 10 шт.
- 16. AWD655-15A, в составе:
 - 16.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-15A.
 - 16.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 16.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 16.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 16.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 16.6. Сливной шланг.
 - 16.7. Кабель питания.
 - 16.8. Руководство по эксплуатации.
 - 16.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 16.10. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 16.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 16.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 16.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 16.14. Насос дозирующий, не более 3 шт. (при необходимости).
 - 16.15. Принтер встроенный (при необходимости).
 - 16.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).
- 17. AWD655-15AD, в составе:
 - 17.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-15AD.
 - 17.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 17.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 17.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 17.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 17.6. Сливной шланг.
 - 17.7. Кабель питания.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145193

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 26

- 17.8. Руководство по эксплуатации.
- 17.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
- 17.10. Подсветка камеры (при необходимости).
- 17.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
- 17.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
- 17.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
- 17.14. Насос дозирующий, не более 3 шт. (при необходимости).
- 17.15. Принтер встроенный, не более 2 шт. (при необходимости).
- 17.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1. Панели облицовочные, не более 10 шт.
- 18. AWD655-15A-SC, в составе:
 - 18.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-15A-SC.
 - 18.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 18.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 18.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 18.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 18.6. Сливной шланг.
 - 18.7. Кабель питания.
 - 18.8. Руководство по эксплуатации.
 - 18.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
 - 18.10. Подсветка камеры (при необходимости).
 - 18.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
 - 18.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
 - 18.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
 - 18.14. Насос дозирующий, не более 3 шт. (при необходимости).
 - 18.15. Принтер встроенный (при необходимости).
 - 18.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).
- 19. AWD655-15AD-SC, в составе:
 - 19.1. Машина моечно-дезинфекционная AWD655-15AD-SC.
 - 19.2. Коромысло-распылитель - 2 шт.
 - 19.3. Шланг для подключения холодной воды.
 - 19.4. Шланг для подключения горячей воды.
 - 19.5. Шланг для подключения деминерализованной воды.
 - 19.6. Сливной шланг.
 - 19.7. Кабель питания.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145194

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 27

- 19.8. Руководство по эксплуатации.
- 19.9. Вход для деминерализованной воды (при необходимости).
- 19.10. Подсветка камеры (при необходимости).
- 19.11. Датчик проводимости, не более 2 шт. (при необходимости).
- 19.12. Система автоматического распознавания тележек (при необходимости).
- 19.13. Система контроля работы коромысла-распылителя (при необходимости).
- 19.14. Насос дозирующий, не более 3 шт. (при необходимости).
- 19.15. Принтер встроенный, не более 2 шт. (при необходимости).
- 19.16. Фильтр грубой очистки воды (входной), не более 5 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- 1. Панели облицовочные, не более 10 шт.

Принадлежности к серии AWD655-15A (модели AWD655-15A, AWD655-15AD, AWD655-15A-SC, AWD655-15AD-SC):

- 1. Тележка моечная 2 уровня, не более 5 шт.
- 2. Тележка моечная 2 уровня, с сеткой, не более 5 шт.
- 3. Тележка моечная 3 уровня, для корзин, не более 5 шт.
- 4. Тележка моечная 3 уровня, для контейнеров, не более 5 шт.
- 5. Тележка моечная 3 уровня, для детских бутылочек и сосок, не более 5 шт.
- 6. Тележка моечная 3 уровня, для 16 держателей трубчатых, не более 5 шт.
- 7. Тележка моечная 4 уровня, не более 5 шт.
- 8. Тележка моечная 4 съемных уровней, не более 5 шт.
- 9. Тележка моечная 5 уровней, не более 5 шт.
- 10. Тележка моечная 5 съемных уровней, не более 5 шт.
- 11. Тележка моечная 6 уровней, не более 5 шт.
- 12. Тележка моечная для 4 контейнеров, не более 5 шт.
- 13. Тележка моечная для 6 контейнеров, не более 5 шт.
- 14. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, 66 позиций, не более 5 шт.
- 15. Тележка моечная для инструментов малоинвазивной хирургии, 78 позиций, не более 5 шт.
- 16. Тележка моечная для анестезиологических инструментов, не более 5 шт.
- 17. Тележка моечная для лабораторной посуды 2 уровня, не более 5 шт.
- 18. Уровень съемный, не более 5 шт.
- 19. Уровень съемный, сетчатый, не более 5 шт.
- 20. Уровень съемный для инструментов малоинвазивной хирургии, вид 1, не более 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145195

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 28

21. Уровень съёмный для инструментов малоинвазивной хирургии, вид 2, не более 5 шт.
22. Инжектор для наконечников аспираторов, не более 250 шт.
23. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 51 мм, не более 200 шт.
24. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, без крестовины, не более 200 шт.
25. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с резьбой G1/8", не более 200 шт.
26. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, не более 200 шт.
27. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 81 мм, с пружинным зажимом, без крестовины, не более 200 шт.
28. Инжектор, диаметр 2,5 мм, длина 156 мм, не более 200 шт.
29. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 76 мм, не более 200 шт.
30. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 111 мм, не более 200 шт.
31. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 160 мм, не более 200 шт.
32. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 176 мм, не более 200 шт.
33. Инжектор, диаметр 4 мм, длина 210 мм, не более 200 шт.
34. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, не более 200 шт.
35. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
36. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
37. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
38. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
39. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 350 мм, не более 200 шт.
40. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 120 мм, с внутренним держателем, не более 200 шт.
41. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
42. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
43. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
44. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с внутренним держателем, с пружинным регулятором высоты, не более 200 шт.
45. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 140 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 200 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145196

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 29

46. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 200 шт.
47. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, с крестовиной из нержавеющей стали, не более 200 шт.
48. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с 3-мя внутренними пружинными держателями, не более 200 шт.
49. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 180 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 200 шт.
50. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 230 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 200 шт.
51. Инжектор, диаметр 6 мм, длина 280 мм, с тройным наружным упругим держателем, не более 200 шт.
52. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с крестовиной, не более 20 шт.
53. Инжектор, диаметр 8 мм, длина 320 мм, с поддерживающим каркасом, не более 20 шт.
54. Адаптер для инжектора, с наружной резьбой G1/8", не более 200 шт.
55. Крышка винтовая для инжекторного отверстия с резьбой G1/8", не более 200 шт.
56. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 28 мм, не более 200 шт.
57. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 33 мм, не более 200 шт.
58. Держатель для флаконов внутренний, диаметр 45 мм, не более 200 шт.
59. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 130 мм, не более 200 шт.
60. Держатель для флаконов тройной, внутренний, пружинный, высота 210 мм, не более 200 шт.
61. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 140 мм, не более 200 шт.
62. Держатель для флаконов тройной, наружный, упругий, высота 167 мм, не более 200 шт.
63. Корзина для инструментов, размеры 240x250x50 мм, не более 30 шт.
64. Корзина для инструментов, размеры 250x170x70 мм, не более 30 шт.
65. Крышка для корзины для инструментов, размеры 250x170 мм, не более 30 шт.
66. Корзина для инструментов, размеры 340x250x70 мм, не более 30 шт.
67. Крышка для корзины для инструментов, размеры 340x250 мм, не более 30 шт.
68. Корзина для инструментов, размеры 405x250x50 мм, не более 30 шт.
69. Корзина для инструментов, размеры 450x340x70 мм, не более 30 шт.
70. Крышка для корзины для инструментов, размеры 450x340 мм, не более 30 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145197


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 30

71. Корзина для инструментов, размеры 455х165х40 мм, не более 30 шт.
72. Корзина для инструментов, размеры 480х250х50 мм, не более 30 шт.
73. Корзина для инструментов, размеры 480х250х70 мм, не более 30 шт.
74. Корзина для инструментов, размеры 480х250х100 мм, не более 30 шт.
75. Крышка для корзины для инструментов, размеры 480х250 мм, не более 90 шт.
76. Корзина сетчатая, размеры 100х100х60 мм, не более 30 шт.
77. Крышка для корзины сетчатой, размеры 100х100 мм, не более 30 шт.
78. Корзина сетчатая, размеры 210х150х40 мм, не более 30 шт.
79. Крышка для корзины сетчатой, размеры 210х150 мм, не более 30 шт.
80. Корзина сетчатая, размеры 310х210х40 мм, не более 30 шт.
81. Крышка для корзины сетчатой, размеры 310х210 мм, не более 30 шт.
82. Корзина для эндоскопических инструментов, размеры 640х150х77 мм, не более 30 шт.
83. Зажим фиксирующий, не более 30 шт.
84. Корзина для инструментов с двумя силиконовыми держателями, не более 30 шт.
85. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 1 уровень, не более 10 шт.
86. Корзина для офтальмологических инструментов и принадлежностей, 2 уровня, не более 10 шт.
87. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 1 уровень, не более 10 шт.
88. Корзина для офтальмологических полых инструментов и принадлежностей, 2 уровня, с крышкой, не более 10 шт.
89. Корзина для мелких предметов, с крышкой, не более 30 шт.
90. Корзина для пробирок, высота 100 мм, не более 30 шт.
91. Корзина для пробирок, высота 130 мм, не более 30 шт.
92. Корзина для пробирок, высота 160 мм, не более 30 шт.
93. Корзина для пробирок, высота 200 мм, не более 30 шт.
94. Крышка для корзины для пробирок, не более 120 шт.
95. Штатив для корзины для пробирок, не более 120 шт.
96. Корзина для пробирок, со штативом и крышкой, не более 30 шт.
97. Корзина для гинекологических расширителей, не более 10 шт.
98. Штатив для оттесняющего медицинского инструмента, не более 5 шт.
99. Вставка для дыхательных мешков, вид 1, не более 5 шт.
100. Вставка для дыхательных мешков, вид 2, не более 5 шт.
101. Вставка для гибких трубок, не более 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0145198

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 31

102. Вставка для дыхательных масок, не более 5 шт.
103. Вставка для контейнеров в многоуровневые тележки, не более 5 шт.
104. Вставка для обуви в многоуровневые тележки, не более 5 шт.
105. Вставка для 9 лотков, не более 5 шт.
106. Вставка для 28 лотков, не более 5 шт.
107. Вставка для 30 лотков, не более 5 шт.
108. Вставка для детских бутылочек, не более 30 шт.
109. Вставка для сосок, не более 15 шт.
110. Вставка для чашек Петри, не более 10 шт.
111. Штатив для держателей трубчатых, не более 10 шт.
112. Держатель трубчатый с фильтром, на 8 позиций, не более 30 шт.
113. Держатель трубчатый с фильтром, на 12 позиций, не более 30 шт.
114. Крепление к держателю трубчатому, не более 250 шт.
115. Переходник между креплением к держателю трубчатому и инструментами Ø14-17, не более 250 шт.
116. Переходник между креплением к держателю трубчатому и инструментами Ø19-21, не более 250 шт.
117. Переходник «штекерный замок типа «Luer» - штекер G1/8"» из нержавеющей стали, не более 250 шт.
118. Держатель PVDF «гнездовой замок «Luer-Lock» - шланг 3/16"», не более 250 шт.
119. Переходник «шланг 1/4" - наружная резьба G1/8"» не более 250 шт.
120. Держатель PVDF «штекерный замок типа «Luer»- шланг 3/16"», не более 250 шт.
121. Держатель PVDF «штекерный замок типа «Luer»- шланг 1/4"», не более 250 шт.
122. Держатель «штекерный замок типа «Luer»- шланг 1/4"» из нержавеющей стали, не более 250 шт.
123. Держатель PVDF «гнездовой замок «Luer-Lock» - шланг 1/16"», не более 250 шт.
124. Крепление для шланга 3/16", не более 250 шт.
125. Крепление угловое для шланга 1/4", не более 250 шт.
126. Крышка для переходников, не более 250 шт.
127. Крышка PVDF с наружным разъемом к «Luer-Lock», не более 250 шт.
128. Крышка PVDF с внутренним разъемом к «Luer-Lock», не более 250 шт.
129. Держатель для 8 скалеров, не более 250 шт.
130. Держатель для коннектора силиконового, не более 250 шт.
131. Коннектор силиконовый, не более 250 шт.
132. Крышка для коннектора силиконового, не более 250 шт.
133. Вставка для вертикального расположения стоматологических инструментов, не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0145199

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 августа 2024 года № РЗН 2016/4943

Лист 32

более 10 шт.

134. Вставка для 10 стоматологических оттисков, не более 10 шт.

135. Вставка для 7 стоматологических шипцов, не более 10 шт.

136. Вставка для 3 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.

137. Вставка для 3 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.

138. Вставка для 7 кассет шириной до 40 мм, не более 10 шт.

139. Вставка для 8 кассет шириной до 35 мм, не более 10 шт.

140. Тележка загрузочная, не более 5 шт.

141. Бумага для принтера в рулонах, не более 10 шт.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0145200