

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
И.П. Сигааров



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

 В.А.Аникин

« 30 » 08 2002 г.

«ТЕЛЕЖКА ВНУТРИКОРПУСНАЯ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ, СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ
КОРОБОК, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТВП – «ДИАКОМС»

«ТЕЛЕЖКА МЕЖКОРПУСНАЯ СО СЪЕМНЫМИ БОКОВЫМИ
ОГРАЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНИЧНЫХ ГРУЗОВ
ТМГ – «ДИАКОМС»

ПАСПОРТ

АУКС.942819.020 ПС

2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Лист
1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	4
5. Транспортирование и хранение.....	4
6. Свидетельство о приемке.....	5
7. Свидетельство об упаковке.....	5
8. Гарантии поставщика.....	6

					АУКС.942819.020 ПС						
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Тележки ТВП – «Диакомс» ТМГ – «Диакомс» Паспорт			Лит.	Лист	Листов	
Разработал		НИКИТИНА		28.08.02						2	6
Проверил		ЗУЕНКОВ		28.08.02							
Нач. отдела											
Н. контроль											
Утвердил		АНИКИН		30.08.02							

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние тележек ТВП – «Диакомс», ТММ – «Диакомс» зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тележка внутрикорпусная с двумя полками для перевозки медикаментов, стерилизационных коробок, перевязочных материалов ТВП – «Диакомс» (Рис.1).

Тележка межкорпусная со съемными боковыми ограждениями для перевозки больничных грузов ТМГ – «Диакомс» (Рис.2).

ТВП - «Диакомс» имеет две полки с высотой борта 40 мм, которые расположены в два яруса на несущей раме. Тележка имеет четыре колесные опоры Ø 125 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

ТМГ - «Диакомс» представляет собой цельносварную раму с платформой, установленную на четыре колесные опоры Ø 200 мм, два из которых имеют тормозное устройство. Одно боковое ограждение съемное.

Тележки изготавливаются в климатическом исполнении УХД категории 4.2 по ГОСТ 15150.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Комплект поставки тележки должен соответствовать указанному в таб-

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1.Тележка ТВП - «Диакомс»	АУКС.942819.020	1
2. Паспорт	АУКС.942819.020 ПС	1

					АУКС.942819.020 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1. Тележка ТМГ – «Диакомс»	АУКС.942819.020-01	1
2. Паспорт	АУКС.942819.020-01 ПС	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры тележки ТВП – «Диакомс» в мм: длина – 1000, ширина – 550, высота – 920.
- 4.2 Габаритные размеры тележки ТМГ – «Диакомс» в мм: длина – 1100,
- 4.3 ширина – 700, высота – 900.
- 4.4 Масса тележки ТВП – «Диакомс» – 17,5 кг.
- 4.5 Масса тележки ТМГ – «Диакомс» – 40,0 кг.
- 4.6 Диаметр колес ТВП – «Диакомс» – 125 мм.
- 4.7 Диаметр колес ТМГ – «Диакомс» – 200 мм.
- 4.8 Тележки выдерживают равномерно-распределенную нагрузку:
ТВП – «Диакомс» – 75 ± 5 кг;
ТМГ – «Диакомс» 150 ± 5 кг.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Тележки допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 5.2 Транспортирование морским транспортом проводится в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов.
- 5.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 5.4 Хранение должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключаящих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.020 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТВП – «Диакомс», Тележка ТМГ – «Диакомс» зав. № _____
признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

ТВП – «Диакомс», Тележка ТМГ – «Диакомс» зав. № _____
упакована на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Подпись

М.П.

					АУКС.942819.020 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода тележки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 8.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в изделие.



Рис.1



Рис.2

					АУКС.942819.020 ПС	Лист
						6
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
6 листов

Генеральный директор
ООО «Диакомс»

